

Προδιαγραφές για σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης υδροκεφάλου

- Πλήρες Σετ Εξωτερικής Κοιλιακής Παροχέτευσης κλειστού συστήματος, που να επιτρέπει την άσηπτη μετατόπιση του ENY από τις κοιλίες αποτελούμενο από έναν κοιλιακό καθετήρα εξωτερικής παροχέτευσης , ακτινοσκιερό, μήκους ~ 30cm, εσωτερικής διαμέτρου ~ 1.5mm και εξωτερικής διαμέτρου ~ 3.0mm με μεταλλικό οδηγό. Ο καθετήρας να είναι βαθμονομημένος ανά 5, 10 και 15cm από το κάτω άκρο του.
- Το σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης και παρακολούθησης ENY, συνοδεύεται από έναν ασκό συλλογής CSF, χωρητικότητας 650ml διαβαθμισμένο. Διαθέτει επιπλέον: ένα συνδετικό luer-lock, κορδόνι στήριξης για την σταθεροποίηση σε στατώ, θάλαμο ροής 100ml με υδρόφοβο απαγωγή αέρα, κάνουλα σχήματος 3-Way με σύνδεση Luer-Lock και σωλήνα παροχέτευσης μήκους 165mm.

Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛ.Β.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α' ΕΣΥ
ΑΜΚΑ: 05037504898 - ΑΜ ΤΣΔΥ: 97690

Δ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ