



ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ
ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αθήνα 22/11/2024

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ CONDITIONING REAGENT ΓΙΑ ΤΟ
ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ABI 3500

Το προϊόν θα πρέπει να παρέχεται σε έτοιμο για χρήση σακουλάκι και να φέρει ετικέτα RFID.

Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τον αναλυτή για απόλυτη συμβατότητα κι αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου ΜΜΜΟ

Μαρία Θεοδοσάκη

Βιολόγος