

(099900100600 2152)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ

- ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ SPO2 ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
- ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CREATIVE UP7000
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ DIGITAL
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ (FOAM) ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ
- ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 72 ΩΡΕΣ
- ΝΑ ΔΕΝΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ
- ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ MONITOR ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
- ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΧΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Α' ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΗΜΑΤΟΣ