



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΘΗΒΩΝ & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΟΥΔΗ -11527



Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΑΚΑ- GANTENBEIN
ΤΗΛ: 213-2013 244, 210-7473121
e-mail: ckanaka@med.uoa.gr

Αθήνα, 17/2/2025
Αρ.πρωτ. 47

Προς:

Τμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Τμήμα Διαχείρισης Υγειονομικού υλικού Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Κοιν: Εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ

Θέμα : «Τεχνικές Προδιαγραφές Qubit™ Assay tubes»

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Προκειμένου να προχωρήσει η αίτηση χορήγησης του υλικού, Qubit™ Assay tubes, το οποίο είναι απαραίτητο για τις διαγνωστικές εξετάσεις του Εργαστηρίου Μοριακής Ενδοκρινολογίας της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής, σας παραθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές του για να αναρτηθούν στο i supplies.

Προδιαγραφές:

- Σωληνάρια με λεπτά τοιχώματα πολυπροπυλενίου όγκου 500μL και κατάλληλα για χρήση σε φθοριόμετρο Qubit του οίκου ThermoFisher Scientific.
- Να είναι του ιδίου οίκου με το φθοριομετρο για απόλυτη συμβατότητα κι αξιοπιστία αποτελεσμάτων.
- Συσκευασία 500 σωληναρίων.

Με εκτίμηση,

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΑΚΑ - GANTENBEIN, M.D. PhD
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Χριστίνα Κανακά-Gantenbein
Καθηγήτρια-Διευθύντρια
της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών