



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΘΗΒΩΝ & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΟΥΔΗ -11527



Α' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΑΚΑ- GANTENBEIN
ΤΗΛ: 213-2013 244, 210-7473121
e-mail: ckanaka@med.uoa.gr



12

Αθήνα, 26/8/2024
Αρ.πρωτ. 251

26 ΑΥΓ.

✓ ① Προς:
Τμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου Παιδών «Η Αγία Σοφία»
Τμήμα Διαχείρισης Υγειονομικού υλικού Νοσοκομείου Παιδών «Η Αγία Σοφία»
Υπ. ΟΙΚΟΥ
Κοιν: Εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας Α' Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ (γ. κ. β. ω. Α. κ. ο. κ.)
Θέμα : «Τεχνικές Προδιαγραφές Qubit™ dsDNA Quantification Assay Kits»

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Προκειμένου να προχωρήσει η αίτηση χορήγησης του υλικού, Qubit™ dsDNA Quantification Assay Kit, το οποίο είναι απαραίτητο για τις διαγνωστικές εξετάσεις του Εργαστηρίου Μοριακής Ενδοκρινολογίας της Α' Παιδιατρικής Κλινικής, σας παραθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές του για να αναρτηθούν στο i supplies.

Προδιαγραφές:

- Πλήρες kit αντιδραστηρίων για την μέτρηση της συγκέντρωσης dsDNA σε φθοριόμετρο Qubit.
- Εύρος Ποσοτικοποίησης 0,1-120 ng.
- Να είναι του ίδιου οίκου για απόλυτη συμβατότητα κι αξιοπιστία αποτελεσμάτων.
- Συσκευασία 500 αντιδράσεις

Με εκτίμηση,

Χριστίνα Κανάκα

Χριστίνα Κανάκα-Gantenbein
Καθηγήτρια-Διευθύντρια
της Α' Παιδιατρικής Κλινικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών