

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Θηβών & Μ.Ασίας-11527 Γούδι

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Χ.ΜΗΑΡΜΗΑΡΕΣΟΥ

12/09/2022

Προδιαγραφές διαλύματος ταουρολιδίνης για το κλείδωμα
καθετήρων κεντρικής φλεβικής πρόσβασης

- Να είναι εγκεκριμένο σκεύασμα για χρήση σε κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες όλων των τύπων
- Να είναι κατάλληλο για την πρόληψη των λοιμώξεων που σχετίζονται με τους κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία λοίμωξης που σχετίζεται με κεντρικό φλεβικό καθετήρα, σε περίπτωση καθετήρα που είναι ήδη επιμολυσμένος
- Να είναι σκεύασμα ασφαλές, χωρίς παρενέργειες, όταν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Να είναι ασφαλές για ενδοφλέβια έγχυση, επομένως να μην αναμένονται τοξικά αποτελέσματα από την τυχαία ενδοφλέβια έγχυση