



Νοσοκομείο Παιδών  
"Η Αγία Σοφία"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Α' ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ  
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Ταχ. Δ/ση : Θηβών και Λεβαδείας – Γουδί  
Ταχ. Κώδικας : 11527  
Υπηρεσία : ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
Διευθυντής : Ε. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ  
Τηλέφωνο : 2107467105


Αθήνα, 19. 2. 2026

**Τεχνικές προδιαγραφές για Καθετήρα θηλιά απόσυρσης ξένων σωμάτων από την καρδιά και αγγεία με Microvena Snare GN 1.000, Gn 1.500 και Gn 2.000.**

Το σύστημα να είναι ομοαξονικού τύπου. Διαμέσου του καθετήρα Microvena να διέρχεται ο φορτιστής του συστήματος. Στο περιφερικό άκρο του να καταλήγει σε ακτινοσκιερή θηλιά από σπείραμα σε γωνία 90° που να επιτρέπει τον εγκλωβισμό του ξένου σώματος και την σίγουρη απόσυρσή του. Στη συσκευασία να περιέχεται μεταλλικός κοχλίας σταθεροποίησης για βέλτιστο χειρισμό του συστήματος.

Οι διάμετροι της θηλιάς ,να είναι 5mm, 10mm, 15mm, 20mm. Ο καθετήρας να διατίθεται στα 65cm και 120cm. Το σύστημα να εισέρχεται από θηκάρι 4french,5french και 6french

Ο Ιατρός

  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ  
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΣΥ  
ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"\*