

(099900100900 3982)

1. Ενδοσκοπικός βρόχος τριπλού χειρουργικού κόμπου, πολύκλωνου συνθετικού απορροφήσιμου ράμματος μέσης απορρόφησης No 2-0 που να διατηρεί το 80% της τάσης του στις 14 μέρες, προτοποθετημένο σε πλαστικό διασπώμενο στην περιφερική άκρη του καθετήρα/οδηγό, μήκους 53cm (+, - 1 cm)

(099900100900 3169)

2. Ενδοσκοπικός βρόχος τριπλού χειρουργικού κόμπου, πολύκλωνου συνθετικού απορροφήσιμου ράμματος μέσης απορρόφησης No 0 που να διατηρεί το 80% της τάσης του στις 14 μέρες, προτοποθετημένο σε πλαστικό διασπώμενο στην περιφερική άκρη του καθετήρα/οδηγό, μήκους 53cm (+, - 1 cm)

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' ΕΣ  
Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»  
ΑΜΚΑ: 20068503190 - ΑΜ: 130886