

Τεχνικές Προδιαγραφές κόλλας στεγανοποίησης μήνιγγας

Σύστημα σφράγισης σκληρής μήνιγγας που να χρησιμοποιείται σε νευροχειρουργικές επεμβάσεις. Να είναι σχεδιασμένο ώστε να ενισχύει τις επιδιορθώσεις της σκληρής μήνιγγας και να υποστηρίζει τη φυσική διαδικασία επούλωσης του σώματος, αποτρέποντας διαρροές εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY). Να ενδείκνυται για την παροχή υδατοστεγούς κλεισίματος μετά από αποκατάσταση ελαττωμάτων ή τραυματισμών της σκληράς μήνιγγας. Ψεκάζοντας το να μπορεί να σχηματίζει γρήγορα υδρογέλη στο χειρουργικό σημείο, να μην διογκώνεται και να μπορεί να απορροφηθεί γρήγορα από

το σώμα. Να διαθέτει μακρύ ακροφύσιο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ενδοσκοπικά, καθώς και ακροφύσιο ψεκασμού.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΜΕΤ. ΠΡΟΣΩΠ. ΑΝΤΙΣΤΑΥ. 97690