

Προδιαγραφές για ταχεία ποιοτική ανίχνευση Rotavirus – Adenovirus στα κόπρανα

Σετ ταχεία χρωματογραφική ανοσοδοκιμασία για τον ποιοτικό προσδιορισμό ροταϊού και αδενοϊού σε δείγματα ανθρώπινων κοπράνων για τη διάγνωση λοίμωξης ροταϊού και αδενοϊού.

- Το kit να περιέχει 25 test με :

α. ενσωματωμένο control ελέγχου του αποτελέσματος στην πλάκα

β. να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για την εξέταση και τα σωληνάρια συλλογής του δείγματος

- Να έχει ευαισθησία 99,7% Rotavirus / 99,7% Adenovirus και ειδικότητα 97,6% Rotavirus / 99,3% Adenovirus

- Το δείγμα να μπορεί να συντηρηθεί στα σωληνάρια στο ψυγείο τουλάχιστον για τρεις μέρες

- Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου

- Να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ένα έτος από την παραλαβή της παραγγελίας

- Να φέρει σήμανση IVD CE Mark

Οι συμμετέχουσες εταιρίες να αποστείλουν από πέντε πλήρη αντιδραστήρια της προσφοράς τους, καθώς και τα εσώκλειστα φυλλάδια όπου θα αναγράφονται η ευαισθησία και η ειδικότητα, όπως και το όριο ανίχνευσης και η μέθοδος σύγκρισης της μεθόδου.

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΚΗΡΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α.Μ.: 71477