

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ DNA

1. Να προσφέρονται όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια (έτοιμα για χρήση) και να αποσφραγίζονται αυτόματα από το μηχάνημα και όχι από τον χειριστή.
2. Να διαθέτουν γραμμωτό κώδικα (Barcode) για την αποφυγή ανάμιξης των δειγμάτων.
3. Το απομονωμένο DNA να είναι 20-40 ng/μl και καθαρότερο από 1.8 (OD260/OD280).
4. Να είναι συμβατά με την τεχνολογία του μηχανήματος που υπάρχει στο εργαστήριο (EZ1 ADVANCED XL, QIAGEN).
5. Να είναι εγκεκριμένα για "in vitro" διαγνωστική χρήση (CE-IVD).

ΜΑΡΤΙΝΑ ΤΡΑΝΣΥΛΑΧΗ
ΑΤΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ

