



ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ  
ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αθήνα 26/9/2024

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ DNA**

Τα τριχοειδή θα πρέπει: (Capillaries)

Να είναι χωρίς εσωτερική επικάλυψη, σε προσυναρμολογημένα σετ των 8 τριχοειδών ανά συστοιχία και με ενσωματωμένο πλαίσιο για εύκολη εγκατάσταση σε γενετικούς αναλυτές 3500.

Να είναι συμβατό με το υπάρχον σύστημα ABI 3500 του εργαστηρίου για απόλυτη συμβατότητα κι αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου ΜΜΜΟ

Μαρία Θεοδοσάκη

Βιολόγος