



Νοσοκομείο Παιδών
"Η Αγία Σοφία"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α' ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Ταχ. Δ/ση : Θηβών και Λεβαδείας – Γουδί

Ταχ. Κώδικας : 11527

Υπηρεσία : ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διευθυντής : Ε. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ

Τηλέφωνο : 2107467301

Αθήνα, 9. 7. 2026

Προς το Φαρμακείο του Νοσοκομείου Παιδών 'Αγία Σοφία' (προμήθεια υλικών)

Κοινοποίηση:

- Ενιαία Αποθήκη ΔΥΥΑ
- Λογιστήριο Ασθενών
- Γραφείο Προμηθειών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Οδηγά σύρματα αγγειογραφίας / αγγειοπλαστικής από ανοξείδωτο χάλυβα, προεμπροτισμένα με πολυτετραφθοροαιθυλένιο για μεγαλύτερη αντοχή της επικάλυψης και ομαλότερη εισαγωγή και καθοδήγηση συσκευών. Να διατίθενται σε εκδόσεις:

- σταθερού πυρήνα σε διαμέτρους 0.018", 0.025", 0.028", 0.032", 0.035" και 0.038", μήκη 40 cm, 80 cm, 125 cm, 150 cm, 180 cm και 260 cm με κυρτό (J) ή ευθύ τύπο άκρου.
- κινητού πυρήνα σε διαμέτρους 0.035" και 0.038", μήκη, 150cm και 260cm με κυρτό (J) ή ευθύ τύπο άκρου.
-


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ AMPLATZ SUPER STIFF

Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής τύπου Amplatz Super Stiff ευθεία και J, προεμπροτισμένα με πολυτετραφθοροαιθυλένιο. Να διαθέτουν ατραυματικό ευέλικτο άκρο (flexible tip) 1, 3 και 6 cm. Να διατίθενται σε διαμέτρους 0,035" (in) και 0,038" (in) και μήκη 75 και 260 cm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΦΥΛΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (TERUMO)

- Οδηγά σύρματα αγγειογραφίας/αγγειοπλαστικής με υδρόφιλη επένδυση σταθερού πυρήνα σε διαμέτρους 0.025", 0.032" και 0.035". Το μήκη να είναι 150 cm και 260 cm με ευθύ μαλακό άκρο.

Ο Ιατρός
Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΟΣ. ΠΑ.ΣΟ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑ