

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ CVVHDF

«Σετ κεντρικού φλεβικού καθετήρα αιμοκάθαρσης διπλού αυλού, υψηλής ροής, 12–13 Fr, μήκους 25 cm, για συνεχή εξωνεφρική κάθαρση (CRRT/CVVHDF), με πλήρες σετ εισαγωγής κατά Seldinger.»

1. Να είναι **κεντρικός φλεβικός καθετήρας διπλού αυλού (double lumen)**, ειδικά σχεδιασμένος και κατάλληλος για εξωσωματικές θεραπείες κάθαρσης, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς νεφρικής υποκατάστασης (CRRT/CVVHDF).
2. Να είναι **υψηλής ροής (high-flow)**, με δύο ανεξάρτητους αυλούς για **αναρρόφηση (access/arterial)** και **επιστροφή αίματος (return/venous)**.
3. Να έχει εξωτερική διάμετρο **12,5 Fr** και **μήκος 25 cm**.
4. Να είναι κατασκευασμένος από **βιοσυμβατή, ακτινοσκοπήσιμη πολυουρεθάνη** ή ισοδύναμο υλικό.
5. Να διαθέτει **Luer-lock συνδέσεις**, clamps στους δύο αυλούς και σαφή διαφοροποίηση/σήμανση των γραμμών αναρρόφησης και επιστροφής.
6. Να φέρει **σαφή ένδειξη του όγκου πλήρωσης (priming volume) κάθε αυλού**.
7. Η κατασκευή και η διάταξη των αυλών/οπών να εξασφαλίζει **επαρκή παροχή αίματος για CRRT** και να περιορίζει κατά το δυνατόν την επανακυκλοφορία.
8. Να παρέχεται ως **πλήρες αποστειρωμένο σετ εισαγωγής με τεχνική Seldinger**, το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
 - ο καθετήρα διπλού αυλού,
 - ο βελόνα εισαγωγής,
 - ο οδηγό σύρμα με **J-tip**,
 - ο κατάλληλο αγγειακό διαστολέα,
 - ο προστατευτικά πώματα Luer-lock.
 - ο Προστατευτικό επίθεμα τραύματος
9. Να είναι **αποστειρωμένος, μιας χρήσης**, σε ατομική συσκευασία, με εμφανή ημερομηνία λήξης και αριθμό παρτίδας.
10. Να φέρει **CE marking** και να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΕΘ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΕΘ
ΑΜΚΑ: 20086504246 ΤΑΥ: 7352