

Ογκομετρικές Συσκευές Αίματος.

1. Το διατρητικό ρύγχος να είναι κατασκευασμένο από αδρανές υλικό και να μη παραμορφώνεται κατά τη διάτρηση του ασκού. Ο κώνος της συσκευής να έχει μήκους 3,5 εκατοστών, να μην είναι πολύ αιχμηρό, ώστε να μην τραυματίζει τον ασκό αίματος.
2. Να έχουν μήκος από άκρο σε άκρο 220cm
3. Να υπάρχει μεταξύ κώνου και κυλίνδρου, ένας ρυθμιστής τύπου adelberg για την ακριβή μέτρηση του αίματος που θέλουμε να εγχύσουμε και μεγάλο roller για να μη φεύγει πάνω από το κλείστρο.
4. Ο ογκομετρικός κύλινδρος της συσκευής να είναι χωρητικότητας 150ml από διαφανές, απόλυτα ανθεκτικό PVC ελεύθερο πυρετογόνων ουσιών.
5. Ο κύλινδρος είναι αριθμημένος ανά 10ml με ενδιάμεση μιλιμετρική διαίρεση για μέγιστη ακρίβεια κατά τη χορήγηση.
6. Ο κύλινδρος να απολήγει σε θάλαμο σταγονομέτρησης με φίλτρο για κατακράτηση των πηγμάτων και αποφυγή απόφραξης της φλέβας από την είσοδο αυτών.
7. Να φέρει έναν δεύτερο ρυθμιστή ροής τύπου adelberg, για εύκολη ρύθμιση της ροής του αίματος.
8. Να υπάρχει πλάγια διακλάδωση 20cm πριν το άκρο, με προστατευτικό δακτύλιο για αποφυγή τρυπήματος του προσωπικού.
9. Το άκρο του σωλήνα να καταλήγει σε luer - lock άκρο.
10. Να κλείνει με αποσπώμενο πώμα ασφαλείας.
11. Να είναι αποστειρωμένες, ατομικά συσκευασμένες. Να φέρει σήμανση CE.