

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 50ML

Τα σωληνάρια θα πρέπει:

Να είναι βαθμονομημένα με χώρο για αναγραφή στοιχείων.

Να είναι αποστειρωμένα, non-cytotoxic, free from DNA, DNase, RNase και pyrogens.

Να έχουν βιδωτό πώμα που να συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία.

Να είναι 114 x 28mm.

Να είναι από πολυπροπυλένιο (PP).

Να είναι ανθεκτικά σε φυγοκέντρωση 20.000 x g.

Να διαθέτουν πιστοποίηση CE IVD.

Να καλύπτουν τις απαιτήσεις μεταφοράς δειγμάτων κατά ADR.

Μαρία Θεοδοσάκη

Βιολόγος

Υπεύθυνη Εργαστηρίου ΜΜΜΟ

