

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΩΛΗΝΑΣΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
CO2ΜΕΦΙΛΤΡΟ,Μ.Χ.,ΓΙΑΣΥΣΚΕΥΗΔΙΟΓΚΩΣΗΣΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ LEXION

Αποστειρωμένος, μιας χρήσης PVCσωλήναςχορήγησηςCO2 με φίλτρο,για χρήση σε συνδυασμό με μιασυσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Να διαθέτει φίλτρο, συνδετικό για την συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίουLEXION και συνδετικό για το εργαλείο (τροκάρ).Ο σωλήνας να έχει εξωτερική διάμετρο τουλάχιστον 9.5mm και εσωτερική τουλάχιστον διάμετρο 6.5mm. Να είναι ελεύθερο φθαλικών ενώσεων. Να είναι συνολικού μήκους τουλάχιστον 3000mm. Η απόσταση του φίλτρου από την συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου να είναι τουλάχιστον 500mm. Να έχει χρόνο λήξης αποστείρωσης τουλάχιστον τέσσερα έτη.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β'
Β' ΧΕΙΡΟΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΑΜΚΑ 20068503190 - ΑΜ. 130686