

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ

- **Σχεδιασμός & Ασφάλεια:** Να είναι ατραυματικού τύπου (Lister) με γωνιώδη κλίση στελεχών για εύκολη πρόσβαση κάτω από τον επίδεσμο. Το κάτω σκέλος να καταλήγει σε **στρογγυλεμένη (αμβλεία) πεπλατυσμένη κουμπωτή άκρη** (blunt tip) για την απόλυτη προστασία του δέρματος του ασθενούς από τραυματισμούς. [1](#)
 - **Υλικό Κατασκευής:** Από υψηλής ποιότητας **ανοξείδωτο ατσάλι** (Stainless Steel ιατρικού τύπου, π.χ., 420 ή βάσει προτύπου BS 5194), ανθεκτικό στη διάβρωση και τη μακροχρόνια χρήση.
 - **Διαστάσεις:** Μήκος στελέχους από **18 cm έως 20cm**
 - **Αποστείρωση:** Να είναι **πλήρως κλιβανιζόμενα** (autoclavable) σε υγρή αποστείρωση σε θερμοκρασίες έως 134°C - 143°C χωρίς να αλλοιώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
 - **Λαβή:** Ανατομική, σταθερή, εργονομική σχεδίαση για ξεκούραστη χρήση
 - **Πιστοποίηση CE:** Όλα τα εργαλεία πρέπει να φέρουν ευκρινή σήμανση **CE** και να συμμορφώνονται με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Διεθνή Πρότυπα περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.
 - **Σήμανση (Laser Marking):** Να αναγράφεται επάνω στο μέταλλο ο κωδικός του προϊόντος, το brand/κατασκευαστής και η ένδειξη προέλευσης/υλικού.
 - **Εγγύηση:** Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 ή 2 ετών.
-