

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΠΗΞΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 12,14,16,18,20 FR

Πλήρες σετ αρχικής τοποθέτησης γαστροστομίας με μέθοδο γαστροπηξίας που να περιλαμβάνει:

- 4 βελόνες Verres με προφορτωμένα άγκιστρα καθήλωσης των 18 G τύπου T με ενσωματωμένο απορροφήσιμο νήμα και κομβία μεταβλητής σταθεροποίησης δέρματος.
- Τροκάρ διαμέτρου 2mm με ενσωματωμένο στυλεό τύπου λόγχης με ατραυματικό κοπτικό δέρματος και ασφάλεια απελευθέρωσης.
- Τηλεσκοπικό διαστολέα πολλαπλού διαμετρήματος 16-18-20-22-24fr με ενσωματωμένο θηκάρι PEEL AWAY. Το σύστημα να φέρει χρωματική ένδειξη και ασφάλεια απόσπασης των καθετήρων.
- Συρμάτινο οδηγό AMPLATZ διαμέτρου 0,35" και μήκους 80cm με άκρο J.
- Λαβίδα σταθεροποίησης των κομβίων δέρματος και νυστέρι τύπου λόγχης με ενσωματωμένη ασφάλεια και επιλογή μήκους διατομής.
- Μετρητή στομίας με εσωτερικό αυλό για χρήση συρμάτινου οδηγού 0,35" και μπαλόνι εμφύσησης 5mm. Ο μετρητής να φέρει μεταβλητό δίσκο μέτρησης και διαγράμμιση ανά 2,5mm.

Εκτίμηση ετήσιας ανάγκης: 80 τεμάχια

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ

Κατασκευασμένοι από διάφανη πολύ μαλακή ιατρική σιλίκονη υψηλής διαύγειας σε διάμετρο 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 Fr. Στο τελικό άκρο να φέρουν μπαλόνι σταθεροποίησης των 5-7-10ml. Το μπαλόνι να είναι ανατομικού σχεδιασμού χωρίς προεξοχή του τελικού άκρου του καθετήρα.

Ο δίσκος σταθεροποίησης δέρματος τύπου μαργαρίτα να προσφέρει ασφαλή συγκράτηση χωρίς την χρήση άλλων συνδετικών. Να φέρει υποαλλεργικά, ανατομικά πέλματα για την ανατομική καθήλωση του στο δέρμα και να φέρει αεραγωγούς-οπές για τον αερισμό του δέρματος.

Ο σωλήνας σίτισης να φέρει εξωτερική διαγράμμιση ανά 10 mm για την εκτίμηση βάθους και να διαθέτει ακτινοσκοπική λωρίδα για άμεσο ακτινολογικό έλεγχο.

Να φέρουν ενσωματωμένη κεφαλή σίτισης τριών (3) αυλών, για σίτιση, χορήγηση φαρμάκων και για εμφύσηση του μπαλονιού. Να διατίθενται και με κεφαλή σίτισης ENFit®.

Ο καθετήρας να είναι συμβατός με το σετ ενδοσκοπικής γαστροπηξίας. Να έχει έγκριση και για αρχική τοποθέτηση.

Εκτίμηση ετήσιας ανάγκης: 80 τεμάχια

1η Υ.ΠΕ. ΣΕΙΡΑ
Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩ. ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΕΙΡΟΤΗΡΗΣ ΜΑΙΔΑΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ Α & Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»