

ΟΞΥΓΟΝΩΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1. Να φέρει σφραγίδα ελέγχου ποιότητας
2. Να αναγράφεται ο κωδικός κατασκευής του συγκεκριμένου σετ
3. Να αναγράφεται η ημερομηνία κατασκευής και ημερομηνία λήξης ασφαλούς χρήσης
4. Η λειτουργία του να στηρίζεται στην τεχνολογία κοίλων ινών
5. Να παρέχει άριστη δυνατότητα ανταλλαγής αερίων
6. Ο όγκος πληρότητας της μεμβράνης να είναι μικρότερος των 380ml
7. Η μέγιστη ροή αίματος να είναι **μέχρι 7 l/min**
8. Η μέγιστη πίεση του αίματος στη μεμβράνη να είναι 750mmHg
9. Ο όγκος ασφαλούς λειτουργίας της καρδιοδεξαμενής να είναι μικρότερος των 300ml
10. Φίλτρο της καρδιοδεξαμενής να είναι 40 micron
11. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου μέτρησης θερμοκρασίας του αρτηριακού αίματος
12. Να γίνεται εύκολη εξαέρωση
Ο εναλλάκτης θερμότητας να έχει άριστη απόδοση