

ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

- ΠΑΙΔΩΝ

- ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1. Να φέρουν σφραγίδα ελέγχου ποιότητας
2. Να αναγράφεται ο κωδικός κατασκευής του συγκεκριμένου σετ
3. Να αναγράφεται η ημερομηνία κατασκευής και ημερομηνία λήξης ασφαλούς χρήσης
4. Να παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του σετ
5. Οι σωλήνες PVC-σιλικόνης να είναι υψηλής ροής
6. Οι σωλήνες να έχουν την ανάλογη σκληρότητα
7. Να είναι διαθέσιμα όλα τα μεγέθη
8. Το αρτηριακό φίλτρο του κάθε σετ να παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ροή αίματος σε σχέση με τον όγκο πλήρωσής του
9. Να είναι κατασκευασμένοι από διαυγές, ελαστικοί χωρίς να τσακίζουν
PVC και/ή σιλικόνη όπου χρειάζεται βάσει σχεδίου
10. Να είναι ανθεκτικοί στις μεταβολές της θερμοκρασίας και την πολύωρη εξωσωματική
11. Να έχουν μήκη και διαμέτρους βάσει των σχεδίων
12. Το Table Pack με ό,τι αυτό περιλαμβάνει βάσει σχεδίου, να είναι απαραίτητα αποστειρωμένο και σε ξεχωριστή διάφανη συσκευασία από το Pump Pack στο οποίο θα αναγράφεται ξεχωριστά η ημερομηνία λήξης