

ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
0999001009001159

1. Να φέρουν σφραγίδα ελέγχου ποιότητας
2. Να αναγράφεται ο κωδικός κατασκευής του συγκεκριμένου σετ
3. Να αναγράφεται η ημερομηνία κατασκευής και ημερομηνία λήξης ασφαλούς χρήσης
4. Να παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του σετ
5. Οι σωλήνες PVC-σιλικόνης να είναι υψηλής ροής
6. Οι σωλήνες να έχουν την ανάλογη σκληρότητα
7. Να είναι διαθέσιμα όλα τα μεγέθη
8. Το αρτηριακό φίλτρο του κάθε σετ να παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ροή αίματος σε σχέση με τον όγκο πλήρωσής του
9. Να είναι κατασκευασμένοι από διαυγές, ελαστικοί χωρίς να τσακίζουν
10. Να είναι ανθεκτικοί στις μεταβολές της θερμοκρασίας και την πολύωρη εξωσωματική
12. Το Table Pack με ό,τι αυτό περιλαμβάνει, να είναι απαραίτητα αποστειρωμένο και σε ξεχωριστή διάφανη συσκευασία από το Pump Pack
13. Να επισυνάπτεται στην προσφορά το σχέδιο του πακέτου σωλήνων