

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ο αισθητήρας να προσαρμόζεται σταθερά στα νεογνά.

Να είναι σχεδιασμένος για χρήση σε μόνιτορ του οίκου GEHealthcare που διαθέτει αλγόριθμο μέτρησης TruSignalSpO₂. Ο κατασκευαστής να έχει διενεργήσει δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του προϊόντος με χρήση σε μόνιτορ τύπου GEHealthcare, για εγγυημένη ασφάλεια του ασθενούς.

Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο χρήσεως από τον οίκο στην Ελληνική γλώσσα.
Να κατατεθούν τα ISO 13485:2016 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.