

ΣΕΤ ΥΓΡΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να είναι συμβατά με το πλυντήριο ενδοσκοπίων σειράς EW του κατασκευαστικού οίκου Steelco. Η συμβατότητα να πιστοποιείται από τον κατασκευαστικό οίκο (να κατατεθεί οπωσδήποτε σχετική βεβαίωση τελευταίας τριετίας που να βεβαιώνει τη συμβατότητα των προσφερόμενων υγρών).
2. Το σετ των υγρών να αποτελείται από τρία (3) δοχεία υγρών (5lt έκαστο) με τα εξής χαρακτηριστικά αντίστοιχα:
 - Ισοπροπυλική αλκοόλη σε συγκέντρωση 25-50%, Οξικό οξύ σε συγκέντρωση 2,5-10%, pH $3.7 \pm 0,5$
 - Υπεροξειδίο του υδρογόνου σε συγκέντρωση 25-40%, pH 0,5-3
 - Πρωτεάση 5-10%, Ισοπροπυλική αλκοόλη 2,5-10%, pH 7,2 – 7,6
3. Να είναι κατάλληλα για καθαρισμό, υψηλού επιπέδου απολύμανση και υγρή αποστείρωση χαμηλής θερμοκρασίας σύμφωνα με την οδηγία EN ISO 15883:2009 και EN 14937:2009 (Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).
4. Να καταστρέφουν όλους τους μικροοργανισμούς χωρίς να βλάπτουν τα συστατικά ή τα συνδετικά στοιχεία της συσκευής (π.χ. σφραγίδες, ελαστικά, συγκολλήσεις κ.λπ.).
5. Να είναι κατάλληλα για μέταλλα, αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα, πλαστικά (πολυουρεθάνη, πολυαιθυλένιο, PVC)
6. Να μην τροποποιούν τις χημικές και φυσικές ιδιότητες των υλικών, αφήνοντας την επιφάνεια απόλυτα καθαρή, χωρίς υπολειμματικά ή χημικά στοιχεία.
7. Οι συσκευασίες των υγρών να εξασφαλίζουν τη διατήρηση τους μετά το άνοιγμα, για χρήση έως και 90 ημέρες.
8. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
9. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485 και το προσφερόμενο είδος (σετ) να φέρει πιστοποίηση CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)