

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Α' ΔΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΤΑΧ.Δ/ΣΗ: ΘΗΒΩΝ & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
11527 ΓΟΥΔΙ
ΤΜΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Δρ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΤΗΛ.: 213-2013-037-36

Προδιαγραφές PAS PERIODIC ACID[Reag .USP,PhEur]

ASSAY [iodom] : 99-101%

- Κατάλληλο για την πραγματοποίηση της αντίδρασης PAS..

Να περιέχει

Insoluble matter in H₂O 0,005 %

Residue on ignition (as SO₄) 0,01 % Sulfate (SO₄)

0,01% Iodide (I)

0,001% Chloride,


chlorate, bromide and bromate (as Cl) 0,01%

Heavy metals (as Pb) 0,005% Cu 0,001 % Fe 0,001 % Ni 0,001 %

- Να φέρει σήμανση CE-IVD.

Η ΙΑΤΡΟΣ

Κ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ



ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Δρ. Καλλιόπη Στεφανάκη
Διευθύντρια
Παθολογοανατομικού τμήματος
Νοσ. Παιδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΑΜΚΑ: 12076204143 ΤΣΑΥ: 65091
ΙΣΑ: 045531