

ΚΙΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ / ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ

1. Να ενδείκνυται για καθετηριασμό με την τεχνική Seldinger
2. Να ενδείκνυται για διαδερμική ή με άμεση οπτική εισαγωγή στο αγγείο
3. Να περιλαμβάνει:
 - σύριγγα των 10cc
 - χειρουργική λάμα
 - βελόνα Seldinger 18ga
 - Διαστολέα 8,10,12 και 14Fr
 - Σύρμα μέχρι 150cm με διάμετρο μέχρι 0,55mm

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΥΛΕΟ 21FR

1. Φλεβικοί καθετήρες, μηριαίας εισαγωγής
2. Να είναι κατασκευασμένοι από ασφαλές και βιοσυμβατό υλικό
3. Να είναι εύκαμπτοι με λεπτά τοιχώματα χωρίς να τσακίζουν
4. Να έχουν οπές κατά μήκος του σώματος του καθετήρα, ώστε να επιτυγχάνεται η bicaval τοποθέτηση στο δεξιό κόλπο και να είναι δυνατή η απορροή του αίματος τόσο από την Άνω και Κάτω Κοίλη φλέβα όσο και από τις ηπατικές φλέβες
5. Να έχουν οδηγό εισαγωγής από PVC
6. Να έχουν επανατοποθετούμενο ακτινοσκοπικό δακτύλιο ράμματος από σιλικόνη
7. Να έχουν στο πίσω μέρος ενσωματωμένο συνδετικό 3/8 με καπάκι
8. Να εξασφαλίζουν ομοιόμορφη ροή αίματος και τη μέγιστη δυνατή ροή
9. Να έχουν μήκος από 60cm έως 80cm (ανάλογα τα Fr)
10. Να έχουν επισήμανση ένδειξης μήκους

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΥΛΕΟ 15FR

1. Αρτηριακοί καθετήρες, μηριαίας εισαγωγής
2. Να είναι κατασκευασμένοι από ασφαλές και βιοσυμβατό υλικό
3. Να είναι εύκαμπτοι με λεπτά τοιχώματα χωρίς να τσακίζουν
4. Να έχουν οδηγό εισαγωγής από PVC
5. Να έχουν επανατοποθετούμενο ακτινοσκοπικό δακτύλιο
ράμματος από σιλικόνη
6. Να έχουν στο πίσω μέρος ενσωματωμένο συνδετικό 3/8 με
καπάκι
7. Να εξασφαλίζουν ομοιόμορφη ροή αίματος και τη μέγιστη
δυνατή ροή
8. Να έχουν μήκος από 20cm έως 35cm (ανάλογα τα Fr)
9. Να έχουν επισήμανση ένδειξης μήκους