

1

Προδιαγραφές Χρωμογόνου ESB^L Agar / CRE Agar 1x10

Έτοιμο Εκλεκτικό Θρεπτικό Υλικό σε διχοτομημένο τρυβλίο 90mm, για τον προκαταρκτικό έλεγχο σε κλινικά δείγματα Εντεροβακτηριακών που παράγουν ESB^L και είναι ανθεκτικά στις καρβαπενέμες. Η μία πλευρά έχει Χρωμογόνο εκλεκτικό θρεπτικό υλικό Brilliance™ ESB^L για την ανάπτυξη στελεχών που παράγουν ευρέως φάσματος β-λακταμάσες (ESB^L) και περιέχει (g/L): Peptone 12.0, Sodium chloride 5.0, Phosphate buffers 4.0, Chromogenic mix 4.0, Antibiotic mix 0.28 και άγαρ 15.0. Ενώ η άλλη πλευρά έχει Χρωμογόνο εκλεκτικό θρεπτικό Υλικό για την βακτηρίων που εμφανίζουν ανθεκτικότητα στις καρβαπενέμες (CRE) και εκτός από 1,9% κοκτεϊλ αντιβιοτικών περιέχει (g/L): Peptone 15.0, Titanium oxide 5.1, Sugar 2.0, Chromogenic mix 1.0, Sodium Pyruvate 4.0, Lithium chloride 5.0 και άγαρ 13.0. Στελέχη ποιοτικού ελέγχου για την 1η πλευρά: *Klebsiella pneumoniae* SHV-18

ATCC®700603 (πράσινες αποικίες), *Escherichia coli* TEM-3 NCTC13351

(μπλε/τυρκουάζ αποικίες), *Enterobacter cloacae* ATCC®23355 (μη ανάπτυξη), *Citrobacter freundii* NCTC8581 (μη ανάπτυξη) και *Candida albicans* ATCC®10231 (μη ανάπτυξη), για την 2η πλευρά: *Acinetobacter baumannii* NCTC13420 (άσπρες/γκρι αποικίες), *Klebsiella pneumoniae* NCTC13443 (σκούρο μπλε/μωβ αποικίες), *Escherichia coli* ATCC®25922 (μη ανάπτυξη), *Klebsiella pneumoniae* ATCC® 29665 (μη ανάπτυξη), *Enterococcus faecalis* NCTC12201 (μη ανάπτυξη) και *Stenotrophomonas maltophilia*. NCTC10257 (μη ανάπτυξη). Σε συσκευασία των 10 τρυβλίων. Διάρκεια ζωής: 8 εβδομάδες από την παραγωγή τους. Αποθήκευση: 2-10°C στο σκοτάδι. Φέρει σήμανση IVD CE Mark

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α.Π. ΤΗΛ: 82255
Α.Μ.Κ.Α. 12116600069

Προδιαγραφές Χρωμογόνου VRE

Έτοιμο Χρωμογόνο Θρεπτικό Υλικό σε τρυβλίο 90mm. Εκλεκτικό υλικό ελέγχου για τον εντοπισμό στελεχών εντεροκόκκων ανθεκτικών στην βανκομυκίνη (Vancomycin Resistant Enterococci -VRE). Το υλικό αυτό παρέχει προκαταρκτική ταυτοποίηση στελεχών *Enterococcus faecium* (μωβ χρώμα) και *Enterococcus faecalis* (ανοιχτό μπλε χρώμα) απευθείας από κλινικά δείγματα μέσα σε 24 ώρες. Εκτός από 5% μείγματος αντιβιοτικών (συμπεριλαμβανομένου της βανκομυκίνης) περιέχει (g/L): μείγμα πεπτονών 25, μείγμα αλάτων 12, Titanium dioxide 1, χρωμογόνο μείγμα 0.45 και άγαρ 12,5. Στελέχη ποιοτικού ελέγχου: *Enterococcus faecalis* (VRE) ATCC®51299, *Enterococcus faecalis* (VRE) ATCC®12201, *Enterococcus faecium* (VRE) ATCC®12202. Σε συσκευασία των 10 τρυβλίων. Αποθήκευση: 2-12°C στο σκοτάδι. Φέρει σήμανση IVD CE Mark

ΠΕΤΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜΚΑ: 2211