

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Δ/νση: Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου-Γουδί ΤΚ: 11527

ΚΛΙΝΙΚΗ: ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΡΟΣ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Τηλέφωνο:213-2013-308



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

VIDEO ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΩΡΛ

1. Να μπορεί να συνδεθεί με φορητό σύστημα με οθόνη το οποίο και θα προσφέρεται απαραίτητως με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Να είναι υψηλής ευκρίνειας TFT περίπου 8 ιντσών.
 - Να παρέχει εικόνα υψηλής ανάλυσης, περ. 1280 x 800 pixels.
 - Να μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα δύο τύποι βιντεοενδοσκοπίων, με εύκολη εναλλαγή μεταξύ των δύο μέσων.
 - Να διαθέτει εξόδους USB και HDMI για σύνδεση με εξωτερική οθόνη.
 - Να έχει δυνατότητα καταγραφής εικόνων και βίντεο σε κατάλληλο μέσω αποθήκευσης και δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών.
 - Να έχει δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σε USB flash drive για αρχειοθέτηση.
 - Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με μέγιστο χρόνο λειτουργίας έως 2 ώρες και σχετική ένδειξη του εναπομείναντα χρόνου. Να μπορεί επίσης να λειτουργεί και κατά τη φόρτιση.
 - Να διαθέτει ειδική προστασία από τα υγρά και να είναι κατάλληλο για επιφανειακή απολύμανση.
2. Να είναι πολύ ελαφρύ (να αναφερθεί το βάρος για αξιολόγηση).
3. Να έχει εργονομικό σχεδιασμό.
4. Να διαθέτει πηγή φωτισμού φορητή τεχνολογίας LED.
5. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο μέχρι 2,9 mm
6. Να έχει μήκος εργασίας 30 cm .
7. Να έχει αντικειμενικό φακό 0° και εύρος γωνίας οράσεως περίπου 100°.
8. Να εκτελεί γωνιώσεις 140° πάνω και 140° κάτω.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Δ/νση: Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου-Γουδί ΤΚ: 11527

ΚΛΙΝΙΚΗ: ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΡΟΣ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Τηλέφωνο:213-2013-308



9. Να κλιβανίζεται μέσω μεθόδων EtO-Gas, Sterrad, και να εμβαπτίζεται πλήρως σε αποστειρωτικά υγρά.
13. Να μπορεί να συνδεθεί κεφαλή κάμερας
14. Να είναι συμβατό με το ήδη υπάρχον σύστημα του Νοσοκομείου (C-MAC)
15. Να προσφερθεί σε αντικατάσταση του παλαιού
16. Να διαθέτει CE-Mark.
17. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.
18. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την λειτουργία του και την προστασία του.
19. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : 11.500 πλέον ΦΠΑ 24%

1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Π. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΛ
ΑΜΚΑ: 77504334 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 105085