3α. Απολυμαντικό εργαλείων και ενδοσκοπίων, με ορθοφθαλδεύδη για χρήση με εμβάπτιση.

- Να περιέχει ορθοφθαλδεύδη 0.55% και να είναι έτοιμο προς χρήση.
- Να κάνει υψηλή απολύμανση και σποροκτονία σε 5λεπτά.
- Να είναι κατάλληλο για απολύμανση εύκαμπτων ενδοσκοπίων,τυπου PENTAX αναισθησιολογικών υλικών και θερμοευαίσθητων εργαλε'ιων.
- Να παραμένει ενεργό για 14 ημέρες΄
- Να παρέχονται δωρεάν οι δείκτες ελέγχου για την δραστηκότητα του ετοιμου δυαλύματος κατάθεση
- Να κατατεθούν μελέτες που να πιστοποιούν την δράση του.
- Να είναι άοσμο για να μην ερεθίζει το αναπνευστικό ώστε να είναι ασφαλές για τον χρήστη.
- Να διαθέτει σήμανση CE και πιστοποιητικά συμβατότητας από εταιρείες ενδοσκοπίων.

Θα αξιολογηθεί η σταθερότητα του ετοίμου προς χρήση διαλύματος.
Η αραίωση που θα αξιολογηθεί για υψηλού βαθμού απολύμανση θα είναι αυτή που θα έχει αποτέλεσμα το αργότερο σε 5 λεπτά.
Θα αξιολογηθούν τα προϊόντα που έχουν την Ευρωπαϊκή Νόρμα (EN14348) για μυκοβακτηριδιοκτόνο και η (EN14347) για σποροκτόνο δράση στα 5 λεπτά.