ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Δ/νση: Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου-Γουδί ΤΚ: 11527
ΚΛΙΝΙΚΗ: ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Τηλέφωνο:213-2013-308

02/11/2026

Προδιαγραφές Χειρουργικού – Εξεταστικού μικροσκοπίου ΩΡΛ

1. Το προσφερόμενο σύστημα να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και να προσφέρει υψηλή ακρίβεια, χρηστικότητα και ποιότητα.

2. Το προσφερόμενο σύστημα να είναι κατάλληλο για μικροχειρουργικές επεμβάσεις ΩΡΛ και διαγνωστικές εξετάσεις.

3. Να διαθέτει χειρολαβή τύπου Τ για μεγαλύτερη άνεση και ευκολία χειρισμού της οπτικής κεφαλής του συστήματος.

4. Να διαθέτει τροχήλατη βάση δαπέδου, στιβαρής κατασκευής, και να μετακινείται εύκολα μεταξύ εξεταστηρίων ή αιθουσών επεμβάσεων με περιστρεφόμενους τροχούς και σύστημα πέδησης.

5. Να διαθέτει κατάλληλο σύνδεσμο άρθρωσης 120°, ο οποίος να αυξάνει την ευελιξία κίνησης και κλίσης της οπτικής κεφαλής του μικροσκοπίου, διευκολύνοντας την εργονομική τοποθέτηση του μικροσκοπίου στο επιθυμητό πεδίο εργασίας.

6. Να διαθέτει ευθύ διοφθάλμιο προσοφθάλμιο σύστημα κατάλληλο για χρήση σε ΩΡΛ περιστατικά.

7. Να διαθέτει αποχρωματικό οπτικό σύστημα υψηλής διακριτικής ικανότητας.

8. Να διαθέτει σύστημα 5 μεγεθύνσεων με λόγο 1:6.. Η αλλαγή της μεγέθυνσης να πραγματοποιείται χειροκίνητα.

9. Να διαθέτει αντικειμενικό φακό με συνεχώς ρυθμιζόμενη απόσταση εργασίας από 200 έως 300 mm, ο οποίος να επιτρέπει τη λεπτή εστίαση χωρίς να απαιτείται μετακίνηση του μικροσκοπίου.

10.Να διαθέτει δύο προσοφθάλμιους φακούς 10x, ευρέος οπτικού πεδίου, με δυνατότητα ρύθμισης της διακορικής απόστασης και με δυνατότητα ρύθμισης διοπτριών για χρήση από χρήστες που φορούν γυαλιά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Δ/νση: Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου-Γουδί ΤΚ: 11527
ΚΛΙΝΙΚΗ: ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Τηλέφωνο:213-2013-308

11.Να διαθέτει ομοαξονικό φωτισμό τεχνολογίας LED, που να παρέχει φως με χαρακτηριστικά αντίστοιχα με το φυσικό φως ημέρας και να επιτρέπει την καλύτερη διαφοροποίηση των ανατομικών δομών και των αγγείων – ακόμη και σε βαθιές και στενές κοιλότητες . 12.Να διαθέτει ενσωματωμένο πράσινο φίλτρο,

Με εκτίμηση

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Π. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΩΡΛ
ΑΜΚΑ: 2607750403 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 105086

Παπαπετρόπουλος Νεκτάριος

Συντονιστής Διευθυντής ΩΡΛ