**Αθήνα, 24/07/2023**

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**

Να είναι ελλειψοειδής ώστε να μπορεί να συμπιεστεί με το ένα χέρι, από μαλακό υλικό που να επιτρέπει μεγάλη διάτασή του με χαμηλές πιέσεις. Το υλικό να είναι latex free και κατά προτίμηση σιλικόνη καθώς έχει μεγαλύτερη αντοχή και άρα ασφάλεια και διάρκεια και να έχει αντιστατικές ιδιότητες. Να διαθέτει ενισχυμένο δακτύλιο σύνδεσης με το κύκλωμα. Να διαθέτει πιστοποίηση ISO. Να διατίθενται μεγέθη 0,5l, 0.75l, 1l, 1,5l, 2l.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΑΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΥ
ΠΡΟΣΟΡΙΝΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ "Η ΑΓ. ΣΟΦΙΑ"
ΑΜΚΑ: 01086901508 - Α.Μ. 60175

ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ