ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Δ/ση:Θηβών &Παπαδιαμαντοπούλου-Αθήνα Τ.Κ.:11527

Συντονιστής Διευθυντής: Παπαπετρόπουλος Νεκτάριος

Αθήνα, 22/07/2026

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΣΠΙΡΑΛ No 6.0 ΜΕ CUFF

Τραχειοσωλήνας No 6.0 από πολυουρεθάνη, με σπιραλ, μεταβλητού μήκους ή μηκους πανω από 8-9cm. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει συνδετικό 15 mm , κορδέλα στήριξης(φακαρόλα), να έχει cuff και να αναγράφονται τόσο στον τραχειοσωλήνα όσο και στην συσκευασία η εσωτερική διάμετρος του τραχειοσωλήνα (ID), η εξωτερική διάμετρος αυτού (OD) , το μήκος του σωλήνα (L) καθώς και η γωνία κλίσης αυτού. Θα πρέπει επίσης να έχουν οδηγό για την τοποθέτηση, να είναι Latexfree και DEHPfree και να επιτρέπεται η εφαρμογή σε μαγνητικό τομογράφο.

Ο Συντονιστής Διευθυντής

της ΩΡΛ Κλινικής

Παπαπετρόπουλος Νεκτάριος