ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γάντια εξεταστικά μίας χρήσης από νιτρίλιο, μη αποστειρωμένα, χωρίς πούδρα, extra long, μήκους τουλάχιστον 390 mm, αμφιδέξια, με πλήρως ανάγλυφη εξωτερική επιφάνεια και μανσέτα με ρεβέρ. Να είναι απαλλαγμένα από φυσικό latex, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων τύπου I (άμεσης υπερευαισθησίας). Επιπλέον, να είναι χωρίς χημικούς επιταχυντές με σκοπό τη μείωση του κινδύνου αλλεργικών αντιδράσεων τύπου IV (καθυστερημένης υπερευαισθησίας / δερματίτιδας εξ επαφής). Να διαθέτουν χλωριωμένη εσωτερική επίστρωση για ευκολη τοποθέτηση.Να διαθέτουν AQL ≤1,5 και να συμμορφώνονται με EN 455-1,2,3,4, ASTM D6319, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 Virus και EN 16523-1. Να είναι πιστοποιημένα ως ιατροτεχνολογικό προϊόν Κατηγορίας I σύμφωνα με MDR 2017/745 και ως ΜΑΠ Κατηγορίας III σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/425, με σήμανση CE. Να έχουν ελεγχθεί για ιολογική διείσδυση κατά ASTM F1671 / ISO 16604 και να είναι δοκιμασμένα για χημειοθεραπευτικούς παράγοντες κατά ASTM D6978.Να διαθέτουν πάχος δαχτύλων περίπου 0,17mm και πάχος μανσέτας περίπου 0,07mm.