ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ

- Να προσφερθεί υλικό μεταφοράς ιών, χλαμυδίων και μυκοπλασμάτων 1ml Universal Transport Medium σε συσκευασία των 6x50 τεμαχίων.
- Να περιέχει παράγοντες για πλήρη καταστολή άλλων μικροβίων και μυκήτων.
- Ο στειλεός να τοποθετείται στο υλικό με μια κίνηση.
- Να μην κάνει λύση του ιού προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από μοριακές και σε άλλες γρήγορες τεχνικές, όπως ανίχνευση αντιγόνου και τεχνικές ανοσοφθορισμού.
- Να περιέχει ως δείκτη pH phenol red.
- Να περιέχει σφαιρίδια για καλύτερη ανάδευση των παχύρευστων δειγμάτων.
- Να φέρει στέλεχος από πλαστικό και άκρο τεχνολογίας flocked, κατασκευασμένο, από υλικό χημικής σύνθεσης nylon.

ΣΤΕΙΛΕΟΙ

Οι στειλεοί να μπορούν να προσφερθούν χωριστά από τα υλικά μεταφοράς, ώστε να είναι εφικτή η προμήθεια επιπλέον ποσότητας για άλλα δείγματα ή για τη λήψη διπλών δειγμάτων από τον ίδιο ασθενή.

Να υπάρχουν διαθέσιμοι στειλεοί με:

1. άκαμπτο στέλεχος και κανονικό tip για την λήψη φαρυγγικών ή ρινικών δειγμάτων
2. εύκαμπτο στέλεχος και λεπτό άκρο για την λήψη ρινοφαρυγγικών και παιδιατρικών δειγμάτων
3. εύκαμπτο στέλεχος και πολύ μικρό άκρο για την λήψη οφθαλμικών και νεογνικών δειγμάτων.

Όλοι οι στειλεοί να είναι από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία για την εξασφάλιση της συμβατότητας μεταξύ του υλικού μεταφοράς και του στειλεού.
Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μοριακές τεχνικές και για λήψεις δειγμάτων από περιοχές με χαμηλό φορτίο γενετικού υλικού της τάξεως των 10 με 15ng.

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση του, για όλο το διάστημα μέχρι την ημερομηνία λήξης του.
Μετά τη εισαγωγή του δείγματος να μπορεί να φυλαχθεί σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 48 ώρες.

ΛΗΞΗ

Το υλικό να έχει μακρά ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το πώμα να είναι βιδωτό ασφαλείας.
Το σωληνάριο να είναι από άθραυστο πλαστικό.
Ο στειλεός να έχει σημείο εγκοπής για εύκολη αποκοπή του στελέχους, ακριβώς στο ύψος του σωληναρίου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Να πληρεί τις οδηγίες CLSI M40-A2 (να προσκομισθεί έγγραφο ή prospectus που να το αναφέρει).
Να είναι πιστοποιημένο από τους περισσότερους κατασκευαστές μοριακών kit και μοριακών συστημάτων.

Η εταιρεία παραγωγής να διαθέτει σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016.

Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και ISO 14001:2015.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Να υπάρχει διαθέσιμη και να μπορεί να προσκομιστεί πλούσια βιβλιογραφία από διεθνείς οργανισμούς, κέντρα αναφοράς και νοσοκομεία.