ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, αμεταχείριστη, κατάλληλη για σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ (220VAC/50Hz).
2. Να είναι μικρού όγκου και βάρους και να δύναται να αναρτηθεί είτε σε στατώ ορρών είτε επί ράγας.
3. Να είναι εύκολη στην χρήση της και να διαθέτει διακόπτες αφής για εύκολο καθαρισμό.
4. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη απεικόνισης τόσο της επιτυγχανόμενης από την συσκευή θερμοκρασίας όσο και της επιθυμητής (ρυθμιζόμενης) θερμοκρασίας από τον χρήστη.
5. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας από τον χρήστη, μέσω διακοπτών αφής από 33° C έως 43° C με μέγιστη απόκλιση ±1 °C.
6. Να επιτυγχάνεται αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας μέσω θερμαντικού profile μήκους τουλάχιστον 180 cm, για καλύτερη απόδοση.
7. Να διαθέτει σύντομο χρόνο προθέρμανσης (Να αναφερθεί)
8. Το θερμαντικό profile να διαθέτει δύο τουλάχιστον αισθητήρες θερμοκρασίας ελέγχου για μέγιστη ασφάλεια.
9. Επιπλέον το θερμαντικό profile να είναι εύκολα αποσπώμενο μέσω βύσματος σύνδεσης για εύκολη διαχείριση θεμάτων επισκευής.
10. Να διαθέτει οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού συσκευής σε περίπτωση υπερθέρμανσης του θερμαντικού profile και επιπλέον δύο ανεξάρτητα κυκλώματα απενεργοποίησης της συσκευής σε περίπτωση υπερθέρμανσης λόγω βλάβης του συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας.
11. Να διαθέτει οπτικοακουστικά συστήματα συναγερμού σε περίπτωση μη επίτευξης της επιθυμητής θερμοκρασίας, προβλήματος λειτουργίας ή μη σύνδεσης του θερμαντικού profile.
12. **Να μπορούν να προσαρμοστούν απλές συσκευές ορρών μίας χρήσεως οποιασδήποτε κατασκευάστριας εταιρίας.**
13. Να κατατεθούν με την προσφορά οι οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα.
14. Να μπορεί να διατεθεί δείγμα της συσκευής αν αυτό κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή αξιολόγησης.
15. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον ξένο οίκο που αφορά την δυνατότητα επισκευής των προσφερόμενων συσκευών καθώς επίσης και την κάλυψη ανταλλακτικών τουλάχιστον για επτά (07) έτη και εγγύηση για ένα (01) τουλάχιστον έτος.
16. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/ επισκευή του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους όπως προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης.
17. Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 13485.

18. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001 & ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη, ISO 37001 , να πληροί την Υ.Α Δ3(α) 4822/25 όπως τροποποιεί και κωδικοποιεί την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04 και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
19. Να διαθέτει σήμανση εναρμόνισης προς τα οικεία ευρωπαϊκά πρότυπα CE (MDR 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως ισχύει, ή/και με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 607/2023).